ANEVRİZMA KLİP SETİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
SUT: KN1000 – KN1001 – KN1002 - KN1004

Teklif edilecek anevrizma seti Sugita tasarım üretilmiş ve bu konuda tanınmış bir firmanın imalatı olacak ve aşağıda yazılı teknik özelliklere sahip olacaktır.

1. Mini, standart, büyük, fenestre, uzun, geçici mini, geçici standart ve eğik tip anevrizma kliplerden geniş bir dizi imalatta bulunmalıdır. Katalog ile belgelenmelidir.

2. Anevrizma klip bleydleri azami derecede açılabilmelidir.

3. Kolay açılması için kliplerin çift helezonlu mekanizması olmalıdır.

4. Titanyumdan mamül olmalı, elastik ve vücut ile tam uyumlu olmalıdır.

5. 4 teslaya kadar MRI görüntüleme sistemleri ile uyumlu olmalıdır.

6. Kliplerin uç kısımları gövdesine göre daha ince olmalı, yatay olarak düşük profilli olmalıdır.

7. Klipler mini, standart, geçici, kalıcı olarak ayrı renk kodlarına sahip olmalı, bu renk kodlaması applier üzerinde de aynı şekilde yer almalıdır.

8. Klip ve applier için kullanılacak sterilizasyon konteynırı en az 2 adet applier alabilecek büyüklüğe sahip olmalıdır.

9. Kliplerin yerleştirileceği konteynırlar klip tiplerine ayrı gözeneklere konulabilecek gibi olmalıdır.

10. Klipler, non-steril tekli ambalajlarda verilmeli, her tür sterilizasyona girebilmelidir.

11. Seçili klipler, aşağıda özellikleri verilen Applier , sterilizasyon ve muhafaza kutusu ile birlikte fiyatlandırılmalıdır.

12. Satın alınacak 40 adet (klinik mevcut katalogdan seçeceği) klip ile birlikte verilecek set muhteviyatında aşağıda yazılı demirbaş malzemeler olmalıdır :

a) Klipler için konteyner	1 adet
b) Komple set (Klipler ve aletler) için konteyner	1 adet
d) Standart ve large klip applier düz	1 adet
g) Mini klip applier düz	1 adet