ANTERİOR SERVİKAL VİDA - PLAK SİSTEMİ

SUT :102.670-102.655

- Vidalar self tapping olmalıdır.
- Vida çapları 4.0 ve 4.5 mm olmalıdır.
- Vida boyları en az 12 mm den başlayıp 20 mm ye kadar 2 şer mm arayla artacak şekilde olmalıdır.
- Plak et kalınlığı en fazla 2 mm olmalıdır.
- Plak boyları çok seçenekli ve en az 14 mm den başlayıp, 100 mm ye kadar olmalıdır.
- Tüm vidalar destekli yiv döngüsüne sahip olmalıdır.
- Tüm vidalar sabit yiv dizaynına sahip olmalıdır.
- Plak şekli lordotik olmalıdır.
- Vidalar aşağı ve yukarı en az 15 dereceye kadar dış açı verebilmelidir.
- Vidalar en az 6 dereceye kadar iç açı verebilmelidir.
- Anterior servikal plak üzerinde kilitleme sistemi bulunmalıdır.
- Plaklar üzerinde tek kilitlemeli kilit sistemi bulunmalıdır.
- Plak üzerindeki kilit sistemi gerektiğinde açılabilir olmalıdır.
- Drill çapı en az 2.5 mm olmalıdır.
- Plaklara gerekli eğimi verebilmek için plak bükücüsü olmalıdır.
- İzlenebilirliği sağlayabilmek için tüm ürünler üzerinde lot numarası ve referans numarası olmalıdır.
- Ürün T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı, ÜTS ve T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.
- Ürünlerin CE belgesi ve üretici firmanın ISO 13485 belgesi mutlaka olmalıdır.