Plif Expandable Peek Cage with Sentetik Greftli (With Cannulated Shaft)
TEKNİK ŞARTNAMESİ

MALZEMENİN ADI : VARSA	Lomber interbody kafesler kemikli cage
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ :	• Lomber interbody füzyon amaçlı kullanılabilir olmalıdır. • ***PLIF cage'in içerisinde kemik füzyonu oluşumu için grefti ile birlikte verilmelidir.*** • Plif Expandable cage ***PEEK*** materyalden yapılmış olup MRI uyumlu olmalıdır. • **Plif Expandable cage 'in expandable işlemi ;ortasında yer alen titani um sha ft mekanizması ile gerçekleştirilmeli ve shaf mekanizması 90 dercelik açı ile döndürüldüğünde cage in expandable işlemi tamamlanmış olmalıdır.** • **Cage ortasında yer alan titaniumshaf'dın içi boş ve üzeri delikl i olup ,bu sayede içersinden kemik enjekte edi lebi lmelidir.** • **Kemik yükleme işlemi cage 'in yerleşiminin öncesinde ve sonrasında yapılabilmelidir.** • Yerleştirme ve expandable işlemi tek el aleti ile gerçekleştirilmelidir.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ :	• Kullanılacak sistemin ana maddesi peek'den yapılmış olmalı, post operatif dönemde hasta takibine izin vermeli , BT ve MRI tetkiklerinde
ÜRETİMTARİHİ VE MİYADI	• İmplantın üzerinde orijinal ürün kodu, seri numarası ve ebat bilgileri olmalıdır.
STANDART ÖZELLİKLERİ :	• Uluslar arası kalite standardını sağlayan ''CE'' kalite belgesi olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	• Tüm enstrumanlar ve implantlar aynı firma imalatı olmalı, ve birbiri ile uyumlu olmalıdır. Malzemeler hiç kullanılmamış ve yeni olmalıdır. Tüm malzemeler üzerinde; a) İmalatçı firma adı veya amblemi, b) İmalat seri numarası
ÖZEL NOTLAR :	• Cerrahi uygulama aletleri ve implantları özel sterilizasyon kapları içinde olmalı ,cerrahi uygulama aletleri üzerinde ürünkod numarası ,firma markası gibi teknik bilgiler bulunmalıdır. • İhale sırasında numune verilmelidir. • Teklif veren firma, vakalarda kullanılmak üzere enstrumanlar setini ürünler bitinceye kadar hastane