0,3-0,6 mm Kraniyal Plak Sistemi
TEKNİK ŞARTNAMESİ

MALZEMENİN ADI : **VARSA İKİNCİ ADI :**	Kraniyal mini plak ve vida sistemi
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ :	● Titanyum Mini Plaklar 06 mm kalınlıkda seçeneklerinde Vidalar 1.5 cap 3,4,5,6 mm uzunluklarda olmalı vidalar 10 adetli kartuj içersinde teslim edilmelidir ● İhtiyaç olması halinde ; Titanyum Mikro Plaklar sete ilave edilmelidir Plaklar 03 mm kalınlıkda ,Vidalar 1.4mm cap da 3,4,5,6 mm uzunluklarda olmalı vidalar 10 adetli kartuj içersinde teslim edilmelidir ● Revizyon vidaları 0,6 plaklar için revizyon vidaları 1.8 çap 3-5mm uzunluklarda 0,3mm plaklar için 1.6mm çap da 3.5mm uzunlukda olmalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ :	● Kullanılacak sistemin ana maddesi Titanyum yapılmış olmalı, post operatif dönemde hasta takibine izin vermeli , BT ve MRI tetkiklerinde ışıma yapmamalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI :	● Oda sıcaklığında depolanabilmelidir. Tek tek steril orijinal pakette verilmelidir.
ÜRETİM TARİHİ VE MİYADI :	● İmplantın üzerinde orijinal ürün kodu, seri numarası ve ebat bilgileri olmalıdır.
STANDART ÖZELLİKLERİ : (İSO,FDA,CE v.b.)	● Uluslar arası kalite standardını sağlayan ‘’CE’’ kalite belgesi olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	● Tüm enstrumanlar ve implantlar aynı firma imalatı olmalı, ve birbiri ile uyumlu olmalıdır. Malzemeler hiç kullanılmamış ve yeni olmalıdır. Tüm malzemeler üzerinde; a) İmalatçı firma adı veya amblemi, b) İmalat seri numarası c) Ürün kodu olmalıdır.
ÖZEL NOTLAR :	● Cerrahi uygulama aletleri ve implantları özel sterilizasyon kapları içinde olmalı ,cerrahi uygulama aletleri üzerinde ürün kod numarası ,firma markası gibi teknik bilgiler bulunmalıdır. ● İhale sırasında numune verilmelidir. ● Teklif veren firma, vakalarda kullanılmak üzere enstrumanlar setini ürünler bitinceye kadar hastane bırakmak zorundadır.

		KRANİAL KENDİNDEN DİRİLLİ VİDA + REVİZYON VİDA			Sut:TV1150
		KRANİAL MİNİ PLAKLAR TÜM BOYLAR TÜM ÇEŞİTLER			Sut:TV2130