KENDİNDEN PLAKLI SERVİKAL KORPEKTOMİ
CAGE SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
SUT : 102.801

1) Kendinden plaklı korpektomi cagesi Alt ve üst vertebra ile birebir kontak sağlayacak yüzey açılı olmalıdır.
2) Alt ve üst vertebralarla sıkı bir tutunma sağlayabilmesi için temas yüzeylerinin keskin dişli bir yapıda olması gerekmektedir.
3) Sistem tek parça olmalıdır.
4) 10 mm'den başlayarak 60mm ye kadar yükseklik.10,12,14,16,20, mm'ye kadar çap alternatifleri olacaktır.
5) Set içerisinde Corpectomy Cagelerin pozisyonlama sonrası kilitlenebilmesini sağlayacak kilit vidaları yer almalıdır.
6) Greftleme için sağlanmış geniş orta alan olmalıdır, ve greftleme distraksiyondan önce yapılabilmelidir.
7) Distiraksiyon yapıldıktan sonra tek aşamalı kilitleme sistemi olmalıdır.
8) Sistemin vücutta kalacak tüm parça ve elemanları titanyum malzemeden imal edilmiş olacaktır.
9) Sistemin içeride distrakte edilebilir özelliği olmalıdır.
10) Sistemin ürün sorumluluk poliçesi bulunmalıdır.
11) Sistemin biyomekanik ve biyouyumluluk testleri yapılmış olmalıdır.İhale sırasında ibraz etmelidir.
12) Teklif edilecek ürün CE veya FDA onaylı olmalıdır.
13) Ürünlerin üzerinde ölçülerini ve üretici firma tanımlayan sembol ya da ifade bulunmalıdır.