**Kesilebilir Titanyum Korpektomi Kafes Teknik Özellikleri**

**Sut : 102.820-102.825-102.830**

- Tümör veya travmatik kırıklar sonucu vertebral cismin çökmesi, kırılması veya instabil olması durumunda, uzun süreli füzyon yokluğunda anterior kolonu desteklemek amacıyla korpektomi amaçlı C3-S1 arası torakolumbar vertebrada kullanılabilmelidir.
- İmplantlar titanyum alaşım olmalıdır.
- 10-12-14-16-18-20-22-24 x 80mm çaplı yuvarlak; 13x18mm, 16x21mm ve 21x28mm oblong (elips) kafes çeşitleri olmalıdır.
- İmplant boyu istenen seviyeye kadar kesilip, kısaltılabilmelidir.
- Servikal ve Torakolomber vertebralarda ayırıcı olması için renk kodlu olmalıdır.
- Greftleme için geniş alan bulunmalıdır.
- Ürün T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı, ÜTS ve T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.
- Ürünlerin CE belgesi ve üretici firmanın ISO 13485 belgesi mutlaka olmalıdır.