LOMBER DİSK PROTEZİ

1. Implant iki yüzeyi birbirine bağlı tek bir parçadan oluşmalıdır.

2. Protezin üst ve alt parçalan birbirine bridge sistemiyle bağlı olmalıdır.

3. Implant posterior uygulamaya izin veren yapıya sahip olmalıdır.

4. İmplantın dış yüzeyi dişli bir yapıya sahip olmalıdır.

5. İmplant kapalı yapıda (yan duvarları olan) hareketli sisteme sahip olmalıdır.

6. Titanyum lomber disk protezi için;Protezin tamamı titanyum alaşımdan olup üst ve alt kısımları endplatelere daha sıkı yerleşmesi açısından titanyum kumlama ve porous coating yöntemiyle pürüzlenmiş olmalıdır.

7. Lomber disk protezindeki korozyunu düşürmek için, implantın iç yüzeyi tin coating yöntemi ile kaplanmış olmalıdır.

8. İmplant fleksiyon - ekstensiyon doğrultusunda 15 derece lateral infleksiyonda 6 derece açı sağlamalıdır.

9. Set içerisinde 14X22X6, 14X22X7, 14X22X8, 14X22X9, 14X22X10, 14X22X11, 14X22X12, 14X22X13, 14X22X14, 14X22X15, 14X22X16, 16X24X6, 16X24X7, 16X24X8,16X24X9, 16X24X10, 16X24X11,16X24X12,16X24X13,16X24X14,16X24X15,16X24X16,18X24X6,18X24X7,18X24X8,18X24X9 ,18X24X10,18X24X11,18X24X12,18X24X13,18X24X14,18X24X15,18X24X16,16X26X6,16X26X7,16X26 X8,16X26X9,16X26X10,16X26X11,16X26X12,16X26X13,16X26X14,16X26X15,16X26X16 boylarında bulunmalı ve protezin aynı boy ve ebatlarda crom cobalt ve peek seçeneği olmalıdır.

SUT KODU : 102.975 LOMBER DİSK PROTEZİ PEEK

SUT KODU : 102.980 LOMBER DİSK PROTEZİ TİTANYUM