POSTERİOR LOMBER DİNAMİK ROD TEKNİK ÖZELLİKLER

- Rodların füzyonu sağlayan kısmı PEEK+TİTANYUM malzemeden olmalıdır. İzlenebilirliğin sağlanabilmesi için rod uçlarında titanium marker olmalıdır.

- Rodlar önceden kesilmiş ve lomber eğimli olarak steril pakette hazır bulunmalıdır.

- Rodlar 45 ila 130 mm arasındaki uzunluklarda olmalıdır.

- Sistem tek seviye dinamik stabilizasyon için kullanıldığı gibi ayrıca 2-3 seviyeli bir füzyonu takiben aynı rod üzerinden komşu segmenti mobil bırakacak şekilde de uygulanabilmeli ve buna uygun rod seçenekleri mevcut olmalıdır.

- Rodun kalınlık özellikleri; genişliği 5.5mm/6.00, yüksekliği (profili) 6.0 mm olmalıdır.

- Bu boyutlardaki rodlarla uyumlu multiaksiyel vidalar hazır olmalıdır.

- Rodu vidaya sabitleyecek tepe vidası 9nm lik bir kuvvette kırılıp sabitlemeyi gerçekleştirmelidir. Böylelikle roda zarar vermeden kilitleme sağlanabilmelidir.

- CE si olmalıdır.

- Sağlık İl Müdürlüğü tarafından yapılan ihaledeki posterior lomber stabilizasyon sistemine uyumlu olmalıdır.

SUT : 102.910