OCCIPITO-CERVICO THORACIC SYSTEM
TEKNİK ŞARTNAMESİ

• **FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ :**	Sistem **Posterior Cervical** uygulamalar için kullanıma uygun olmalıdır. • Multi-axial posterior cervical vidaları 3.5mm, 4,0mm caplarında vida boyları 10mm'den 46 mm'ye kadar seçenekler sunmalıdır. • Multi-axial vidaların tamamı self tapping olmalıdır. • Multi-axial vidalar vida başı eksenine göre minimum 45˚ açı yapılabilecek şekilde dizayn edilmiş olacaktır. • Setin rodları Ø 3.5mm çapta 30 mm den 250 mm ye kadar seçeneklere sahip olmalıdır. • **Ayrica sette Servikal den Trokal e geçişte 3'5mm den 6mm hybrid rod olmalidir.** • **Occipital Hybrid rod olmalidir.** • Set içinde uygun boylarda üsten klipsli ve hook seklinde yandan uygulmali olmak uzere iki tip transvers konnektor seçenekleri olmalıdır. • Sette rod to rod connector olmalidir.. • Anatomik bozukluklarda fazla lateralde kalacak vidalar için lateral konnektörler olmalıdır. • Set icinde kortikal vidalar Ø 3.5mm, Ø 4,0mm caplarında 6mm den 24mm ye kadar seceneklere sahip olmalıdır. • **Set icersinde Occiput plate olmalı ve rodlarla baglanti yeri sağa ve sola olacak sekilde minimum 18mm ile 40 maksimimum arasinda ayarlanabilir özelikte olup rod un kolay yerleşmesi için avantaj sağlamalidir.**
• **KİMYASAL ÖZELLİKLERİ :**	• Kullanılacak sistemin ana maddesi TİA6V4 alaşımından yapılmış olmalı, post operatif dönemde hasta takibine izin vermeli , BT ve MRI tetkiklerinde ışıma yapmamalıdır.
• **DEPOLAMA ŞARTLARI :**	• Oda sıcaklığında depolanabilmelidir.Uygun konteyner içinde saklanabilir olmalı sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.
• **ÜRETİM TARİHİ VE MİYADI :**	• İmplantın üzerinde orijinal seri numarası ve ebadı olmalıdır.
• **STANDART ÖZELLİKLERİ :** • **(İSO,FDA,CE v.b.)**	• Sistem CE belgelerine sahip olmalıdır.

SUT KODU	MALZEME CİNSİ	ADET
	Occipito-Cervico-Thoracic System	
102.545	Posterior Cervical Multi-Axial Screw	1
102.595	Posterior Cervical Rod	1
102.611	Posterior Cervical Hybrid Rod	1
102.600	Posterior Cervical Oksipital Hybrid Rod	1
102.620	Posterior Cervical Transvers Baglanti	1
102.615	Posterior Cervical Lateral Baglanti	1
102.626	Posterior Cervical inline Baglanti	1
102.580	Posterior Cervical Oksipital plate	1
102.570	Posterior Cervical Oksipital plate screw	1