Tlif Peek Cage with Sentetik Greftli (Convex & wedge yapıda)
TEKNİK ŞARTNAMESİ

MALZEMENİN ADI : VARSA	Transfrominal Interbody kemikli cage
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ :	• TLIF interbody füzyon amaçlı kullanılabilir olmalıdır. • ***TLIF cage'in içerisinde kemik füzyonu oluşumu için grefti ile birlikte verilmelidir.*** • Tlif cage ***PEEK*** materyalden yapılmış olup MRI uyumlu olmalıdır. • ***Tlif cage Anatomik yapıya uygun Convex ve Wedge yapıda olmalıdır.*** • Tlif cage in ortasında kırılmalara karşı destek bariyeri olmalıdır. • ***Yerleştirme el aleti Cage ile uyumlu çalişmalı ve yerleştirme işlemi sırasında el aleti her açıdan yerleştirmeye izin vermelidir ve bu işlem el aleti cage den çıkarılmadan yapılmalıdır.*** • Tlif cage'de 3.adet ***titanium*** marker olmalıdır. • Tlif cage Uzunluğu 31 mm ,Eni 11 mm
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ :	• Kullanılacak sistemin ana maddesi peek'den yapılmış olmalı, post operatif dönemde hasta takibine izin vermeli , BT ve MRI tetkiklerinde
DEPOLAMA ŞARTLARI :	• Oda sıcaklığında depolanabilmelidir. Tek tek steril orijinal pakette verilmelidir.
ÜRETİMTARİHİ VE MİYADI	• İmplantın üzerinde orijinal ürün kodu, seri numarası ve ebat bilgileri olmalıdır.
STANDART ÖZELLİKLERİ :	• Uluslar arası kalite standardını sağlayan ''CE'' kalite belgesi olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	• Tüm enstrumanlar ve implantlar aynı firma imalatı olmalı, ve birbiri ile uyumlu olmalıdır. Malzemeler hiç kullanılmamış ve yeni olmalıdır. Tüm malzemeler üzerinde; a) İmalatçı firma adı veya amblemi, b) İmalat seri numarası
ÖZEL NOTLAR :	• Cerrahi uygulama aletleri ve implantları özel sterilizasyon kapları içinde olmalı ,cerrahi uygulama aletleri üzerinde ürünkod numarası ,firma markası gibi teknik bilgiler bulunmalıdır. • İhale sırasında numune verilmelidir. • Teklif veren firma, vakalarda kullanılmak üzere enstrumanlar setini ürünler bitinceye kadar hastane